Actimove® TaloCast-AirGel

Attelle stabilisatrice de cheville avec coussins d'air gonflables et inserts de gel pour cryothérapie

DESCRIPTION :

Attelle stabilisatrice de cheville dans le plan frontal constituée de deux coques malléolaires latérales rigides recouvertes à l'intérieur de coussins pour moitié gonflables destinés à s'adapter à la morphologie du patient et une partie en gel située au niveau de la malléole et destinée à la cryothérapie.

CARACTERISTIQUES:

Actimove® TaloCast-AirGel est une attelle stabilisatrise de cheville conçue pour s'harmoniser avec l'anatomie de la cheville. Elle comporte deux coussins divisés en deux zones : une partie supérieure gonflable, une partie inférieure en gel cryogène.
- Partie gonflable : assure une distribution de la pression uniforme,
- Partie gel cryogène : l'insert de gel refroidi permet de réduire la douleur et l'œdème et favorise le processus de guérison,
- Système de sangles auto-agrippantes simple et facile.

Principe de fonctionnement :
L'inversion et l'éversion sont restreintes, alors que la flexion et l'extension sont possibles pour permettre le mouvement physiologique. La structure de l'attelle stabilise la cheville tout en permettant sa mobilité, favorisant ainsi la circulation de la lymphe.



Actimove® TaloCast-AirGel

Attelle stabilisatrice de cheville avec coussins d'air gonflables et inserts de gel pour cryothérapie

INDICATIONS:

- Rupture, élongation ou claquage du ligament au niveau de la cheville
- Traumatologie de la cheville de type inversion, éversion ou distorsion (entorses bénignes et moyennes),
- Instabilité chronique de la cheville,
- œdème au niveau de la cheville,
- Actimove® TaloCast-AirGel peut être aussi utilisée en prévention ou à la suite d'un plâtre.

MODE D'EMPLOI:

Avant la mise en place de l'attelle, placez Actimove® TaloCast-AirGel dans le congélateur pendant au moins 30 minutes. Vous obtiendrez un résultat optimal en cryothérapie en appliquant l'attelle avec des inserts de gel réfrigérés plusieurs fois par jour.
Actimove® TaloCast-AirGel doit être portée par-dessus la chaussette.
Le patient doit être en position assise lors de la mise en place de l'attelle.
Positionnez le pied à plat sur le sol de manière à obtenir un angle à 90° entre le pied et le tibia.
1. Ouvrez les sangles de la talonnette à l'extérieur de l'attelle et préréglez la largeur,
2. Placez votre pied entre les deux coques latérales, suivant le sens de l'empreinte de pied imprimée sur la talonnette. Ajustez la talonnette en serrant les sangles à l'extérieur de l'attelle.
3. Commencez par serrez la sangle inférieure,
4. Puis serrez la sangle supérieure dans la direction opposée,
5. Réglez l'attelle en comprimant les deux côtés ensemble avec une main et serrez les sangles en commençant par la sangle du bas puis celle du haut jusqu'à ce qu'un niveau de soutien confortable et sûr soit atteint. Si nécessaire, réajustez les sangles de la talonnette.
6. Enfilez une chaussure de sport ou un autre type de chaussure à lacets.

REGLAGE DU VOLUME D'AIR :
Les coussins "air-gel" sont pré-gonflés et ne nécessitent en principe aucun réglage.
Si un problème d'inconfort (pincement, pression) apparaît, repositionnez l'attelle et réglez les sangles de la talonnette selon la description ci-dessus.
Si le problème persiste, réglez le volume d'air des coussins (veuillez noter : trop d'air réduira le niveau de soutien fourni)
1. Dépliez la valve située sur la partie supérieure du coussin d'air,
2. Le tube fourni avec l'attelle doit alors être inserré dans la valve,
3. Ajoutez un peu d'air en soufflant doucement dans le tube ou évacuer un peu d'air en appuyant doucement sur le coussin d'air,
4. Comprimez la valve et retirez le tube,
5. Repliez la valve comme initialement positionnée.

ATTENTION : en haute altitude, les coussins d'air vont se dilater au-delà de leur niveau optimal et il faudra retirer de l'air des coussins (cf réglage du volume d'air). En avion, réajustez les sangles jusqu'à obtenir une pression confortable.

PARTICULARITES D' UTILISATION:

L'attelle peut être retirée pour permettre la toilette. Ne la remettre qu'après avoir correctement séché le pied et la cheville.
Remettre une chaussette avant l'application de l'attelle.

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

- Veuillez respecter scrupuleusement les indications thérapeutiques du professionnel de santé qui vous a délivré ce produit,
- En cas de gonflement anormal, d'inconfort ou de décoloration anormale de la peau durant le port d'Actimove® TaloCast-AirGel, consultez immédiatement votre médecin traitant,
- Toute plaie ouverte ou zone infectée doit être recouverte au préalable par des pansements adéquats avant application de l'attelle.

ENTRETIEN :

Actimove® TaloCast-AirGel peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon et d'un détergent doux. L'attelle doit être séchée à l'air et doit être totalement sèche avant utilisation.
Ne remplissez pas les coussins d'air avec un liquide.

CONTRE-INDICATIONS:

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou des zones infectées

CONDITIONNEMENT:

Boîte carton individuelle

Actimove® TaloCast-AirGel

Attelle stabilisatrice de cheville avec coussins d'air gonflables et inserts de gel pour cryothérapie

Existe en deux modèles : Droit - Gauche

Présentation hôpital et pharmacie avec vignette LPPR

1. Hauteur du patient >162 cm (standard)

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809233087	*6014931*	73088-09005-00	Droite	1	24	2107972
4042809233100	*6014948*	73088-09006-00	Gauche	1	24	2107972

2. Hauteur du patient <162 cm (trainer)

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809233124	*6014977*	73088-09007-00	Droite	1	24	2107972
4042809233148	*6014836*	73088-09008-00	Gauche	1	24	2107972

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**